

Иркутскому

410-854.

31 мая

3

ДИРЕКТОРУ ДВО ГИПРОНИИ

Б.Ф. БОГОМОЛОВУ

690068, Владивосток,

пр.100-летия - 143

Глубокоуважаемый Борис Федорович!

В порядке обсуждения проекта здания Института биологии моря сообщаем Вам, что расположение помещений аквариальной, в которых будут проводиться эксперименты с морскими организмами, непосредственно под машинным отделением недопустимо, так как шум и вибрация, создаваемые технологическим оборудованием (компрессоры, холодильные установки, насосы и т.д.), могут оказать существенное влияние на результаты опытов. Представляется более целесообразным разместить в цокольном этаже аквариальной очистные сооружения (отстойник, фильтры, озонаторную установку).

Все рабочие помещения аквариальной, за исключением комнаты с демонстрационными аквариумами, пульта управления и разборочной должны иметь естественное освещение согласно нормам, принятым для лабораторных помещений. Дополнительно должна предусматриваться подсветка аквариумов, установленных на стеллажах, люминесцентными лампами "дневного света".

Взамен стеллажей по наружному периметру здания целесообразнее разместить водные столы, высотой не более 1 м от пола.

ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА
БИОЛОГИИ МОРЯ

СТ. ИНЖЕНЕР

А. В. Ширмунский
Шуригин

/А.В. ШИРМУНСКИЙ/

/А.Д. ШУРИГИН/

ОАН/ТПК